



Versio	Kuvaus
10-383	Käsinojan hihna 60 cm
10-383-L	Käsinojan hihna 73 cm



Lue käyttöohje ennen käyttöä! On tärkeää, että ymmärrät käyttöohjeen sisällön, ennen kuin yrität käyttää laitetta.

CE

15.4.2021

Asiakirjan numero: M10-383FI rev.01

Käyttötarkoitus

Hihna on tarkoitettu käytettäväksi käsinojan kanssa potilaan käsivarren paikallaan pitämiseen leikkauksen aikana. Tuote on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön terveydenhuollon yksikössä.

Käyttöohjeet

Puhdistaminen

Puhdista antiseptisellä pesuaineella (pH 6–8) ja lämpimällä vedellä. Pyyhi kuivaksi pehmeällä liinalla. Älä käytä voimakkaasti hapanta tai emäksistä pesuainetta.

Tarkistaminen

Tarkista ennen käyttöä, että hihna on puhdas ja ehjä. Tarkista tarranauhan lukitustoiminto.

Tekniset tiedot

Versio	Kuvaus	UDI-DI	Mitat (L x P)	Paino	Materiaali
10-383	Hihna	07350111832025	50 x 600 mm	34 g	Polyesteri
10-383-L	Hihna	07350111832032	50 x 730 mm	42 g	Polyesteri



Reison Medical AB
Eriksbergsvägen 32A
734 92 Hallstahammar
RUOTSI
+46 (0)220 433 99 | order@reison.se | info@reison.se

medi⁺
HEALTH

Tilaukset: tilaukset@medihealth.fi Tiedustelut: info@medihealth.fi
Medihealth Oy, Haarasuonkuja 5 90240 Oulu, y-tunnus 3131118-6, www.medihealth.fi